

VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: amministrazione@valmontonehospital.it

Prot. 3520 del 9/10/2018

ERRATA CORRIGE

Gara europea a procedura aperta per la fornitura di n. 1 Tomografo RM a 1.5 T, con inclusa la garanzia full risk per la durata di 24 mesi. CIG: 76356333AF.

SI COMUNICA CHE PER MERO ERRORE SONO STATI PUBBLICATI SUL CAPITOLATO TECNICO I SEGUENTI DATI ERRATI:

Sezione 1: Requisiti minimi

- **Caratteristiche magnete**
 - Massima lunghezza scanzionabile del lettino non inferiore a 150 cm
- **Bobine di gradiente**
 - Massimo valore di intensità del campo non inferiore a 35 mT/m

I SUDETTI VALORI SONO SOSTITUITI COME SEGUE:

Sezione 1: Requisiti minimi

- **Caratteristiche magnete**
 - Massima lunghezza scanzionabile del lettino non inferiore a 130 cm
- **Bobine di gradiente**
 - Massimo valore di intensità del campo non inferiore a 30 mT/m

Il Direttore
Dr. Gianfranco Trionfera

