

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

Spett.le operatore economico

---

## LETTERA DI INVITO

**Oggetto: Gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 3 Ecografi. CIG: 76524265B4**

Con atto n. 6 del 11/10/2018, questa stazione appaltante ha deliberato di affidare la fornitura di **n. 3 Ecografi** per le esigenze dei diversi reparti del Valmontone Hospital S.p.A., secondo le caratteristiche tecnico-funzionali di seguito specificate.

Codesto operatore economico, è pertanto invitato, ove di proprio interesse, a presentare offerta, attenendosi a quanto specificato nel seguente Disciplinare di gara.

## DISCIPLINARE DI GARA

### PARTE I – NORME REGOLANTI LA FASE PUBBLICISTICA DI GARA

#### 1. Premesse

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ad inviti, ex art. 36, comma 2 lettera b) del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Valmontone (RM), codice NUTS: ITI43.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dr. Gianfranco Trionfera.

#### 2. Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla PEC: [gare.valmontonehospital@pec.it](mailto:gare.valmontonehospital@pec.it), almeno n. 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.valmontonehospital.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [gare.valmontonehospital@pec.it](mailto:gare.valmontonehospital@pec.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### 3. Oggetto dell'appalto e relativo importo.

Il presente Disciplinare contiene le norme di partecipazione alla gara, mediante procedura negoziata, per l'affidamento della "fornitura di Ecografi" per le necessità del Valmontone Hospital SpA, secondo i quantitativi e le specifiche come sotto riportati.

La fornitura, a lotto unico, verrà affidata alle Ditte che avranno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

### DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

- n.1 Ecografo per Ecografia Generale;
- n.1 Ecografo per Urologia;
- n.1 Ecografo per Ostetricia e Ginecologia.

Questa stazione appaltante ha inteso prevedere l'aggiudicazione dei n. 3 ecografi **a lotto unico** ai fini della migliore gestione delle apparecchiature, avuto riguardo, in particolar modo, al profilo della continuità delle prestazioni sanitarie (marginalizzazione delle ipotesi di c.d. fermo-macchina), dato dalla possibilità di interscambio delle sonde tra gli ecografi.

Le apparecchiature dovranno essere di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l'ultima versione immessa in commercio del modello di ecografo che l'azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio Listino Prodotti.

In particolare la fornitura dovrà comprendere:

- Apparecchiature in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel capitolato tecnico;
- Collaudo ed istruzione del personale;
- Garanzia "full-risk" (comprensiva di assistenza e manutenzione) per complessivi 24 mesi;
- Consegna ed installazione, entro 45 giorni lavorativi dalla stipula del contratto;
- Aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" (24 mesi).

### 4. Criteri di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base delle voci di seguito indicate.

### 5. Valore del contratto

La base d'asta, comprensiva di tutte le attività sopra riepilogate, è pari ad **€ 200.000,00 oltre Iva** nella misura di legge.

In considerazione della natura e delle caratteristiche della fornitura, gli oneri di sicurezza per la prevenzione da interferenze sono stati stimati pari ad **€ 0,00**.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio del Valmontone Hospital S.p.A.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

## 6. Modalità di partecipazione.

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Valmontone, alla Via dei Lecci, snc.

Il plico deve pervenire **entro le ore 13,00 del giorno 12 novembre 2018 esclusivamente presso la sede legale della stazione appaltante: Via dei Lecci, snc - 00038 – Valmontone.**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi da parte dell'Ufficio Protocollo.

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

Il plico dovrà riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale, indirizzo e indirizzo PEC), nonché la seguente dicitura:

**"NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA GARA PER ECOGRAFI".**

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, e pertanto non saranno ammessi reclami se per un motivo qualsiasi esso non avvenga entro il termine fissato.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Tali buste non verranno aperte dal Seggio di gara, e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

### 6.1. Contenuto del plico d'offerta

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione:

- **BUSTA 1** con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI";
- **BUSTA 2** con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI".

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

- **BUSTA 3** con all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI.

Al fine dell'identificazione della provenienza di tutte le predette buste, queste dovranno recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

In ogni caso, tutte le buste all'interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Nella **BUSTA 1**, con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI", il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

1. **Documento di gara unico europeo (DGUE)**: a pena di esclusione, il concorrente dovrà compilare e presentare il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.

Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base del file editabile allegato ai documenti di gara, inserendo lo stesso nella busta amministrativa su supporto cartaceo.

**N. B.:** è sufficiente che il concorrente compili ed allegi il DGUE in formato cartaceo.

All'interno del DGUE, il concorrente potrà compilare le parti relative all'indicazione del proprio fatturato globale, del fatturato nel settore oggetto di gara e delle principali forniture eseguite nell'ultimo triennio, fermo restando, in ogni caso, che non sono previsti limiti di accesso connessi alla capacità economico-finanziaria e tecnica.

2. **PassOe dell'operatore economico partecipante.**

3. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** nella misura di € 20,00, da effettuarsi secondo le modalità specificate sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

4. **Copia del presente Disciplinare/Lettera di invito** firmato per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

\*\*\*

Nella **BUSTA 2**, con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI", il concorrente dovrà inserire i sotto indicati documenti:

- a) **Offerta economica, priva delle indicazioni dei prezzi di offerta**, con elenco e descrizione analitici delle apparecchiature proposte e di tutte le loro componenti (modello, casa produttrice, anno di immissione nel mercato) al fine di indicare in modo esplicito tutti gli articoli oggetto dell'offerta mediante una loro elencazione al massimo dettaglio;
- b) **Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche degli ecografi offerti**, redatta prendendo a riferimento le caratteristiche tecniche e costruttive (informazioni e parametri) che verranno di seguito indicate;

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

- c) **Descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 24 mesi;**
- d) **Piano di formazione del personale;**
- e) **Manuali d’uso e d’istruzione delle apparecchiature;**
- f) **Dichiarazione attestante le parti dell’offerta tecnica contenenti eventuali segreti tecnico/commerciali ai fini dell’accesso agli atti;**
- g) **Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione qualitativa.**

Tutti i documenti devono essere in italiano o tradotti in italiano. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa offerente.

I documenti inseriti nelle buste 1) e 2) non devono contenere riferimenti economici all’offerta contenuta nella busta 3).

\*\*\*

Nella **BUSTA 3** con all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI”, il concorrente dovrà indicare:

- a) **Prezzo complessivo offerto**, al netto di IVA.  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- c) **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.**

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

La busta C – Offerta economica, dovrà, a pena di esclusione, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, vale l’offerta espressa in lettere.

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in buste diverse dalla busta n. 3 comporterà l’esclusione dalla gara.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

## **7. Criteri di attribuzione dei punteggi.**

L’appalto, verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	<b>100</b>

La ripartizione del punteggi, di seguito riportata, è dettata dal fatto che, pur avendo l'obiettivo di garantire un risparmio economico, si ritiene di preservare, in applicazione all'art. 95, comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016, la qualità tecnica dei prodotti e servizi offerti, stante, in particolar modo, la peculiarità e l'impatto di tale servizio sull'utenza finale.

## 8. Requisiti minimi e criteri di valutazione dell'offerta tecnica (70 punti)

### a) n. 1 Ecografo per Ecografia Generale

#### Requisiti minimi:

**Sistema Premium di più recente introduzione, con beamformer completamente digitale e frequenze di lavoro da 1 a 18Mhz.**

- Modalità di scansione: lineare elettronica, trapezoidale, convex elettronica, microconvex, a matrice attiva, fino a 20 Mhz di frequenza, volumetriche 4D, Phased Array, laparoscopica, biplana lineare-convex.
- Collegamento di 4 sonde elettroniche a scansione. Tutte le sonde dovranno essere collegabili a tutti i connettori disponibili.
- Monitor da 21 pollici in formato 16:9 ad alta definizione, montato su braccio estensibile e orientabile in tutte le direzioni con maniglia per il posizionamento.
- Sonde a larga banda e dotate di tecnologia multifrequenza.
- Elevatissimo numero di preset, modificabili in qualsiasi momento dall'operatore.
- Software di misurazione completo per applicazioni vascolari, internistiche, Ob/Gyn, cardiologiche, urologiche, etc.
- Profondità di scansione B-Mode di almeno 40 cm.
- Software per l'ottimizzazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni in base alla regione esplorata, regolabile con singolo tasto, a funzionamento automatico.
- Sistema compound per il miglioramento dell'immagine.
- SW specifico di enfattizzazione degli aghi da Biopsia a funzionamento automatico.
- Software per lo studio dei Mezzi di Contrasto di ultima generazione ad alto, basso e bassissimo MI, sul tutti i trasduttori e con doppia immagine in real time ad ampio campo di vista, completo di software di analisi e quantificazione dei mezzi di contrasto (Curve intensità/tempo) con posizionamento delle roi di misurazione che seguono i movimenti delle strutture in esame.
- Tecnologia di rilevamento dei flussi ematici del microcircolo ad elevata risoluzione spaziale e temporale.
- Funzione reference per il confronto delle immagini live con immagine registrate, anche di altre modalità diagnostiche.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

- Software per elastosonografia shearewave, con espressione di indici di Elasticità (Kpa), velocità (m/s) funzionante su sonde convex, lineari ed endocavitari. Misurazione real time della elasticità (Kpa).
- Fusion Imaging con immagini acquisite da altre metodiche di imaging diagnostico, funzionante su sonde lineari, convex, endocavitari anche biplanari.
- Navigazione virtuale dell'ago in ambito Fusion imaging per eseguire manovre interventistiche a mano libera.
- Disponibilità di sonde urologiche endfire.
- Tastiera completamente regolabile dall'operatore in tutte le posizioni (Up/down/left/right), dotata di monitor Touch screen da 12 pollici per la gestione delle funzioni e delle misurazioni.
- Interfaccia di controllo completamente programmabile dall'operatore.
- 3D Free Hand, funzionante anche con metodiche color doppler.

## Configurazione:

- Corpo macchina
- Sonda convex a matrice, frequenza centrale 4 MHz.
- Sonda lineare a matrice, frequenza centrale 12 MHz. max. 18 MHz.
- Software per elastosonografia shearewave.
- Software per Fusion Imaging.

\*\*\*

## **b) n.1 Ecografo per Urologia**

### Requisiti minimi:

**Sistema Premium di più recente introduzione, con beamformer completamente digitale e frequenze di lavoro da 1 a 18Mhz.**

- Modalità di scansione: lineare elettronica, trapezoidale, convex elettronica, microconvex, a matrice attiva, volumetriche 4D, PhasedArray.
- Collegamento attivo di 4 sonde elettroniche a scansione. Tutte le sonde dovranno essere collegabili a tutti i connettori disponibili.
- Monitor da 21 pollici in formato 16:9 ad alta definizione, montato su braccio estensibile e orientabile in tutte le direzioni con maniglia per il posizionamento.
- Sonde a larga banda e dotate di tecnologia multifrequenza.
- Elevatissimo numero di preset, modificabili in qualsiasi momento dall'operatore.
- Software di misurazione completo per applicazioni vascolari, internistiche, Ob/Gyn, cardiologiche, urologiche, etc.
- Profondità di scansione B-Mode di almeno 40 cm.
- Software per l'ottimizzazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni in base alla regione esplorata, regolabile con singolo tasto, a funzionamento automatico.
- Sistema compound per il miglioramento dell'immagine.
- SW specifico di enfattizzazione degli aghi da Biopsia a funzionamento automatico.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

- Software per lo studio dei Mezzi di Contrasto di ultima generazione ad alto, basso e bassissimo MI, su tutti i trasduttori e con doppia immagine in real time ad ampio campo di vista, completo di software di analisi e quantificazione dei mezzi di contrasto (Curve intensità/tempo) con posizionamento delle roi di misurazione che seguono i movimenti delle strutture in esame.
- Tecnologia di rilevamento dei flussi ematici del microcircolo ad elevata risoluzione spaziale e temporale.
- Funzione reference per il confronto delle immagini live con immagine registrate, anche di altre modalità diagnostiche.
- Software elastosonografico shearewave con espressione di indici di Elasticità (Kpa), velocità (m/s) funzionante su sonde convex, lineari ed endocavitare. Misurazione real time della elasticità (Kpa).
- Fusion Imaging con immagini acquisite da altre metodiche di imaging diagnostico, funzionante su sonde lineari, convex, endocavitare.
- Navigazione virtuale dell'ago in ambito Fusion imaging per eseguire manovre interventistiche a mano libera.
- Disponibilità di sonde urologiche endfire.
- Tastiera completamente regolabile dall'operatore in tutte le posizioni (Up/down/left/right), dotata di monitor Touch screen da 12 pollici per la gestione delle funzioni e delle misurazioni.
- Interfaccia di controllo completamente programmabile dall'operatore.
- 3D Free Hand.

## Configurazione:

- Corpo macchina
- Sonda convex, frequenza centrale 4 MHz.
- Sonda lineare multifrequenza e a banda estesa da 3 a 18 MHz per applicazioni parti molli, muscoloscheletriche, vascolari, senologia.
- Sonda endocavitaria biplana per lo studio della prostata.
- Software elastosonografico sheare wave.

\*\*\*

## **c) n. 1 Ecografo per Ostetricia e Ginecologia**

### **Requisiti minimi:**

**Sistema Premium di più recente introduzione, con beamformer completamente digitale e frequenze di lavoro da 1 a 18Mhz.**

- Modalità di scansione: lineare elettronica, trapezoidale, convex elettronica, microconvex, volumetriche 4D, Phased Array, laparoscopica.
- Collegamento di 4 sonde elettroniche a scansione. Tutte le sonde devono essere collegabili a tutti i connettori disponibili.
- Monitor da 21 pollici in formato 16:9 ad alta definizione, montato su braccio estensibile e orientabile in tutte le direzioni con maniglia per il posizionamento.
- Sonde a larga banda e dotate di tecnologia multifrequenza.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

- Elevatissimo numero di preset, modificabili in qualsiasi momento dall'operatore .
- Software di misurazione completo per applicazioni vascolari, internistiche, Ob/Gyn, cardiologiche, urologiche, etc.
- Profondità di scansione B-Mode di almeno 40 cm.
- Software per l'ottimizzazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni in base alla regione esplorata, regolabile con singolo tasto, a funzionamento automatico.
- Sistema compound per il miglioramento dell'immagine.
- SW specifico di enfaticizzazione degli aghi da Biopsia a funzionamento automatico.
- Software per lo studio dei Mezzi di Contrasto di ultima generazione ad alto, basso e bassissimo MI, su tutti i trasduttori e con doppia immagine in real time ad ampio campo di vista, completo di software di analisi e quantificazione dei mezzi di contrasto (Curve intensità/tempo) con posizionamento delle roi di misurazione che seguono i movimenti delle strutture in esame.
- Tecnologia di rilevamento dei flussi ematici del microcircolo ad elevata risoluzione spaziale e temporale.
- Funzione reference per il confronto delle immagini live con immagine registrate, anche di altre modalità diagnostiche.
- Navigazione virtuale dell'ago in ambito Fusion imaging per eseguire manovre interventistiche a mano libera.
- Software di rendering in 3D per la resa naturale dell'aspetto del feto.
- Software di ricostruzione 3D che permette la ricostruzione combinata della struttura anatomica con il flusso vascolare, al fine di valutare in trasparenza, dettagli clinicamente significativi.
- Disponibilità di software e sonde 4D.
- Tastiera completamente regolabile dall'operatore in tutte le posizioni (Up/down/left/right), dotata di monitor Touch screen da 12 pollici per la gestione delle funzioni e delle misurazioni.
- Tastiera e sliders presenti fisicamente.
- Interfaccia di controllo completamente programmabile dall'operatore.
- 3D Free Hand , funzionante anche con metodiche color doppler.

## Configurazione:

- Corpo macchina
- Sonda convex, frequenza centrale 4,7 MHz.
- Sonda endovaginale ad alta frequenza 3D/4D.
- Sonda Convex 4D.
- Software di rendering in 3D per la resa naturale dell'aspetto del feto.
- Software di ricostruzione 3D che permette la ricostruzione combinata della struttura anatomica con il flusso vascolare, al fine di valutare in trasparenza, dettagli clinicamente significativi.

\*\*\*

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

## **Criteri di valutazione dell'offerta tecnica per i n. 3 ecografi offerti (MAX 70 PUNTI):**

1	Caratteristiche di allestimento delle apparecchiature (carrello, moduli funzionali, display/monitor, peso e ingombro complessivo, pannello di controllo, dotazione accessoristica, stampanti)	15 punti
2	Caratteristiche Hardware (beamformer, livelli di grigio, range parametri operativi, modalità imaging e Doppler, capacità di storage, interfaccia dati)	15 punti
3	Capacità post-processing e pacchetti di calcolo	15 punti
4	Tipologia delle sonde in dotazione e supportate	10 punti
5	Modalità di assistenza tecnica full risk	5 punti
6	Modalità di formazione del personale	5 punti
7	Possibilità di future implementazioni	5 punti

\*\*\*

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **9. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del **metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero (0) ad uno (1) da parte di ciascun commissario** [v. Linee guida ANAC n. 2/2016, par. V], sulla base dei seguenti valori:

- 1,00: ottimo;
- 0,90: distinto;
- 0,80: buono;
- 0,70: discreto;
- 0,60: sufficiente/adequato;
- 0,50-0,40:insufficiente/inadeguato;
- 0,30-0,10: gravemente insufficiente;
- 0,00: non valutabile.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente variabile da zero (0) ad uno (1) da parte di ciascun commissario.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione ad ogni elemento qualitativo, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Tale media sarà moltiplicata per il valore di punteggio massimo disponibile per ogni criterio di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri ed elementi di valutazione, se nel singolo criterio

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (inteso come punteggio massimo attribuibile previsto dal presente Disciplinare di gara), tale punteggio viene riparametrato (c.d. **prima riparametrazione**).

Per l'effettuazione della prima riparametrazione la Stazione appaltante procederà con le seguenti modalità: nel caso in cui, relativamente al singolo criterio qualitativo di valutazione, nessun concorrente abbia ottenuto il coefficiente massimo, trasformerà la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo elemento di valutazione). I coefficienti definitivi così calcolati verranno successivamente moltiplicati per il valore di punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione.

Infine, allo scopo di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (c.d. **seconda riparametrazione**).

La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto (70 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente applicando la formula:

$$\text{Punteggio FINALE (A)} = P_1(A) * 70 / P(\text{Max offerta})$$

dove:

Punteggio FINALE (A): punteggio riparametrato complessivo ottenuto dal concorrente A;

P<sub>1</sub>(A): punteggio complessivo qualitativo ottenuto dal concorrente A;

P(Max offerta): punteggio massimo complessivo qualitativo ottenuto da un concorrente.

Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo.

Non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le offerte tecniche che non abbiano raggiunto **almeno n. 40 punti sui 70 disponibili**.

## 10. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, la stazione appaltante utilizzerà il **c.d. metodo bilineare** (v. Linee Guida ANAC n. 2/2016) che comporta, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'applicazione della seguente formula:

- $C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$
- $C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

$A_{soglia}$  = media aritmetica dei valori dei ribassi sul prezzo dei concorrenti;

$X = 0,85$ ;

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente.

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30).

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

## 11. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi tecnici, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi.

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{tot} = PT + PE$$

dove:

PT: punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE: punti attribuiti all'offerta economica.

## 12. Svolgimento delle operazioni di gara – verifica dei plichi ed apertura della documentazione amministrativa.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della Direzione Generale del Valmontone Hospital S.p.A., alla via dei Lecci, snc, in Valmontone (RM), nella data che verrà successivamente comunicata agli operatori economici offerenti.

Alla detta seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.

La stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: conservazione degli stessi in apposito armadio chiuso nella stanza del RUP.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## 13. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dei lotti di gara.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## **14. Apertura delle Buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la stazione appaltante, nella persona del RUP, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato nel successivo articolo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **15. Verifica di anomalia dell'offerta**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **16. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del Codice.

## **PARTE II – NORME REGOLANTI LA FASE ESECUTIVA**

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

## 17. Consegna e installazione

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

La **consegna** delle apparecchiature deve avvenire **entro 45 giorni lavorativi dalla stipula del contratto**, pena l'applicazione delle penali di legge, o, in caso di prolungato ritardo, la risoluzione del contratto per inadempimento.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dalla stazione appaltante.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità.

Nell'installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica della stazione appaltante.

Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.

Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito "verbale di consegna e installazione", sottoscritto da un incaricato della stazione appaltante e da un incaricato del Fornitore.

## 18. Collaudo

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con la stazione appaltante e deve riguardare la totalità delle apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.

I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI 62- 122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" e sue eventuali successive revisioni.

Il collaudo consisterà:

- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di collaudo", firmato dalle parti.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste in Contratto.

Resta salvo il diritto della stazione appaltante, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

## 19. Istruzione del personale

L'istruzione del personale sull'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori è un'attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

- Uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

La stessa istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici delle apparecchiature, così come determinato dall'aggiudicatario nella propria offerta.

Si fa presente che i costi relativi all'istruzione del personale, che si rendono necessari a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk", restano a carico del Fornitore.

## 20. Garanzia

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art.1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art.1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art.1512 c.c.) per 24 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell'apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Il Valmontone Hospital S.p.A. ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprehensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della stazione appaltante.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

## **21. Servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi**

Il Fornitore per i primi 24 mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori ordinati, secondo quanto di seguito specificato.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full-risk per il primo periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, degli accessori dei materiali di consumo soggetti ad usura.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo, salvo diverse indicazioni del Valmontone Hospital S.p.A.

## **22. Riservatezza**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto di tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici, sanitari e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività del Valmontone Hospital, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento della fornitura.

Conseguentemente, per i dati trattati, l'aggiudicatario è nominato responsabile ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

## **23. Cessione del contratto e subappalto**

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice degli appalti.

In materia di subappalto si applicherà l'art.105 del Codice degli appalti.

## **24. Cessione del credito**

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla stazione appaltante copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile.

Il Valmontone Hospital non può essere chiamato a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

La cessione del credito è efficace qualora la stazione appaltante non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In materia si applica l'art.106 del Codice degli Appalti.

## **25. Fatturazione**

Per la riscossione di quanto ad essa spettante, la Ditta emetterà fattura della fornitura effettuata.

# VALMONTONE HOSPITAL SpA

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa verifica della regolarità fiscale e contributiva. I mandati di pagamento saranno emessi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

## **26. Inadempienze, contestazioni e penalità**

A discrezione della stazione appaltante, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del DEC del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Valmontone Hospital contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni solari, per la presentazione di controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata mediante proprie determinazioni e previa adeguata istruttoria.

Trovano applicazione gli artt. 108, 109, 110 del Codice.

Per quanto non espressamente previsto in detti articoli, trovano applicazione gli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.

In ogni caso, per ogni disservizio, nonché per ogni difformità delle previsioni del presente capitolato e/o dell'offerta tecnica si applicheranno delle penalità nella misura giornaliera dell'**1 per mille** dell'ammontare netto del contratto, per tutta la durata di permanenza dell'inadempienza e/o della difformità.

L'applicazione di penali in alcun modo potrà essere inteso come risarcimento del danno, restando pertanto impregiudicata ogni azione del committente verso l'Aggiudicatario per danni subiti.

La ditta aggiudicataria sanerà nel più breve tempo possibile le eventuali contestazioni.

Il Valmontone Hospital S.p.A. potrà inoltre avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, anche al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- gravi danni prodotti ad impianti, attrezzature o beni di proprietà della stazione appaltante;
- nel caso in cui la strumentazione consegnata dalla ditta aggiudicataria non sia conforme a quanto richiesto e offerto in sede di gara e la ditta non sia in grado di sostituirla con altra di caratteristiche pari o superiori.

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione verso l'Aggiudicatario per danni subiti.

## **27. Risarcimento danni e esonero da responsabilità**

Il committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata anche all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. nr.81/08 che intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

## **28. Divieto di sospensione della fornitura**

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

## **29. Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri (RM), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## *VALMONTONE HOSPITAL SpA*

Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio Ospedaliero di Valmontone – Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582

E-mail: valmontonehospital@alice.it

### **30. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**Valmontone Hospital S.p.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr. Gianfranco Trionfera**